

Żurawica 30.01.2019r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**Strona Internetowa Szpitala**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Znak sprawy: WPSP.DZP-383/1/2019 Ogłoszenie nr 502183-N-2019 z dnia 2019-01-21.

Zamawiający działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986), udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy nr 3 - Dotyczy pakietu nr 4.

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w pozycji nr 4 Test kasetowy CK-MB wymaga czułości i swoistości na poziomie 100%. Prosimy o dopuszczenie testów z czułością 99.9% i swoistością 99.4%.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza testy z czułością 99.9% i swoistością 99.4% ( ozn. CK-MB).

**Pytanie nr 2**

Zamawiający w pozycji nr 7 opisał produkt jako Test 2 –parametrowy DRUG-CREN-MULTI DIP a w opisie „ Zamawiający wymaga testu multi 10 A zanurzeniowego”. Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry mają być oznaczane w tym teście.

**Odpowiedź :**

Zamawiający w pozycji nr 7 dopuszcza test zanurzeniowy do oznaczania dopalaczy z uwzględnieniem oznaczeń : K2, MEP, MDPV, CAT, OXY.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Szpitala  
mgr inż. Tomasz Kłodziewicz

Handwritten initials in blue ink.