

Strona internetowa

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę wyrobów medycznych do pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Ogłoszenie nr 492114-N-2018 z dnia 2018-01-02.

Zamawiający działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579), udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy :

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień z dnia 29 stycznia 2004r. zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem:

1. Dotyczy Części 4, poz. 8: Ilu parametrowego testu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź : w części 4, poz. 8 Zamawiający wymaga testu dwu parametrowego COC/ THC.

2. Czy Zamawiający w Części 5, poz. 1 wymaga kuwety z dwiema ściankami optycznie czynnymi i dwiema ściankami matowymi oraz ze znacznikiem kierunkowym na górze kuwety? Znacznik ułatwia właściwe włożenie kuwety, matowe ścianki rozpraszają dodatkowe źródła światła przez co pomiar jest bardziej precyzyjny.

Odpowiedź: w części 5, poz. 8 Zamawiający wymaga kuwety zgodne z opisem w formularzu cenowym – bez matowych ścianek.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

BSiła
dr n. o zdr. Barbara Stawarz

Otrzymują :
1. Wszyscy wykonawcy.