

Żurawica 12.03.2015r.

WPSP.NAZ-383/2/...../2015

### Strona Internetowa

### Wszyscy wykonawcy

Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 11.03.2015r przekazuję treść zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 177 z dnia 09.02.2004r.), proszę o odpowiedź na następujące pytania:

#### Treść zapytania Wykonawcy - 15

##### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga, aby na fakturze lub na WZ {wydanie zewnętrzne} znajdowały się informacje o nr serii i dacie ważności zamówionego towaru.**

##### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź: zapisy SIWZ Dział 6 ust. 3.**

##### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

##### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 11 ust 2 pkt 1lit. a),b),c).**

##### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

**dotyczy SIWZ**

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawk na terenie Polski ?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: NIE**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi?

**Odpowiedź: zapisy Projektu umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ § 3 ust. 2.**

**Zadaniu nr 7, w pozycji nr 24**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7, w pozycji nr 24 dopuści do zaoferowania kaniule dożylnie wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. W rozmiarze 22G 0,9x25mm produkowane przez „BBraun” o nazwie „Vasofix Certo” ?

**Odpowiedź: TAK**

**Zadaniu nr 7, w pozycji nr 25**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7, w pozycji nr 25 dopuści do zaoferowania kaniule dożylnie wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające



biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. W rozmiarze 20G 1,1x33mm produkowane przez „BBraun” o nazwie „Vasofix Certo” ?


**Odpowiedź: TAK**

**Zadaniu nr 7, w pozycji nr 61, 62, 63, 64**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 w pozycjach 61, 62, 63, 64, wymaga aby opakowania asortymentu posiadały mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania?

**Odpowiedź: TAK**

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem  
DYREKTOR SZPITALA  
  
mgr Mariusz Kiecaśny

MA/DS/4.