

Żurawica 17.01.2017r.

WPSP.DZP- 383/ 14 /2016

Strona internetowa
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyrobów medycznych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Ogłoszenie nr 4311 - 2017 z dnia 2017-01-09.

Zamawiający działając na podstawie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 16.01.2017r. przekazuje treść zapytania Wykonawcy i udziela wyjaśnień i odpowiada na pytanie Wykonawcy Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO S.I.W.Z.

Zapytanie Wykonawcy Nr 4

1. Pakiet 1- odczynniki laboratoryjne do aparatu MEK 6500.

a) Czy Zamawiający wymaga odczynników producenta aparatu, zgodnie z instrukcją i warunkami gwarancji ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne do aparatu MEK 6500 pod warunkiem współdziałania zaoferowanych wyrobów z analizatorem hematologicznym MEK-6500.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

p.o. Zastępca Dyrektora
d/s Lecznictwa
lek. med. Teresa Ciecianiak