

Strona internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych WPSP. NAZ-383/2/2015

Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 15.05.2015r. przekazuję treść zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania Wykonawcy – 4

Pytanie 1 – Pakiet 5 poz. 14.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na zaofiarowanie większej liczbie wykonawców korzystniejszej oferty zarówno jakościowej i cenowej.

Odpowiedź: Nie wyrażam zgody.

Pytanie 2 – Pakiet 5 poz. 14.

Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji plastra do mocowania kaniuli:

- Plaster włókninowy, przepuszczający powietrze
- Elastyczna struktura plastra
- Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy
- Posiada wcięcie na kaniulę
- Posiada dodatkową podkładkę
- Plaster na hipoalergicznym kleju
- Plaster można utrzymać na skórze do 5 dni
- Rozmiar 6 x 8 cm
- Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany indywidualnie
- Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 – pakiet 5 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji plastra do mocowania kaniuli:

- Plaster poliuretanowy
- Posiada rozcięcie wzdłuż środka , na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wklucia.
- Posiada wcięcie na kaniulę
- Rozmiar 6 x 8 cm
- Sterylny, jednorazowy
- Pakowany indywidualnie
- Sterylizowany tlenkiem etylen

Odpowiedź: TAK

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA
mgr Mariusz Kwaśny

DS/4.