

Żurawica 13.10.2015r.

WPSP.NAZ-383/ 8 / ⁸⁹³¹ /2015

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)"

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w dniu 09.10.2015r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i po przeanalizowaniu warunków przetargu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy części 1, poz. 27

Płuczka – dezynfektor basenów:

Prosimy o wyłączenie do oddzielnego pakietu Płuczko- dezynfektora do basenów (poz.27) Wyłączenie urządzenia do osobnego pakietu pozwoli na złożenie ważnych ofert przez producentów specjalizujących się w tego typu urządzeniach, przez co Zamawiający w niższej cenie może otrzymać znacznie lepsze urządzenie. Umożliwienie złożenia ofert różnych firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru ofert zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie do oddzielnego pakietu Płuczko- dezynfektora do basenów (poz. 27).

Wymagane parametry i warunki:

1. Dot. pkt 9- ponieważ w większości myjni wytwornica pary umieszczona jest pomiędzy zbiornikiem wody, a komorą mycia, zaś proces dezynfekcji termicznej polega na przepuszczeniu przez układ wody nagrzanej do temperatury min. 80°C prosimy o dopuszczenie do oceny urządzeń, które posiadają odseparowany zbiornik na wodę, i wytwornicę pary, orurowanie, dysz natryskowych, komory mycia oraz odpływu. Rozwiązanie takie jest zgodne z wymogami normy PN-EN 15883-1/3.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie Działu 2 ust. 6 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w postępowaniu dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyposażenie równoważne z zamawianym o takiej samej lub lepszej jakości (o parametrach takich samych lub lepszych od wykazanych w załączniku Nr 3 do SIWZ).

2. Dot. pkt 16. - Ponieważ w większości polskich szpitali jest albo twarda albo bardzo twarda woda większość producentów zaleca stosowanie 2 pomp dozujących – do środka myjącego (zasadowy) i do środka odkamieniającego (kwasowy).

Gwarantuje to lepsze rezultaty mycia i pozwala na wydłużenie cyklu życia maszyny mając na względzie powyższe to czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne.?

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie Działu 2 ust. 6 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w postępowaniu dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyposażenie równoważne z zamawianym o takiej samej lub lepszej jakości (o parametrach takich samych lub lepszych od wykazanych w załączniku Nr 3 do SIWZ).

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA
mgr Mariusz Kwaśny